

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»  
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)**

RA.RU.311320

**ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ № И-ТТ/16-06-2025/440517641**

Дата поверки 16 июня 2025 г.

Средство измерений Тепловычислители Multical 601, модификация 67-С, госреестр № 31554-06  
*наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений*

заводской номер 6471855/2009  
*заводской или серийный номер или буквенно-цифровое обозначение*

в составе вычислитель № 6471855/2009; комплект термопреобразователей сопротивления Pt 500 № 09/3820318

в соответствии с Тепловычислители MULTICAL 601. Методика поверки. Согласована ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 20.04.2006  
*наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка*

и на основании результатов периодической поверки признано непригодным к применению.

Причины непригодности не соответствует п. 6.1.3.2 методики поверки: абсолютная погрешность вычислителя при измерении температуры превышает допустимое значение

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/440517641>

Поверитель Н. С. Михайлова

*фамилия и инициалы*

М.П.



Начальник отдела

*должность руководителя или другого  
уполномоченного лица*

*подпись*

И. В. Ломакина

*фамилия и инициалы*