

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»  
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)

RA.RU.311320

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ТТ/09-06-2025/438812322

Действительно до 8 июня 2029 г.

Средство измерений Преобразователи расхода ультразвуковые Ultraflow, модификация Ultraflow, госреестр № 20308-04  
*наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений*

заводской номер 2009/3803890  
*заводской или серийный номер или буквенно-цифровое обозначение*

в составе \_\_\_\_\_

поверено В полном объеме  
*наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки*

в соответствии с МП 20308-04  
*наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка*

с применением эталонов 2.1.ZTT.0099.2024, 3.1.ZTT.0098.2024; Калибратор АОIP модификация Calys 150R, госреестр № 51219-12, № 1711Y Z12 0058A, 3 разряд по постоянному электрическому напряжению, 2 разряд по силе постоянного электрического тока, 4 разряд по электрическому сопротивлению  
*регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам*

при следующих значениях влияющих факторов температура поверочной среды 22,15 °С, изменение температуры поверочной среды за время проведения измерений 0,2 °С, температура воздуха 21,2 °С, относительная влажность 54 %, атмосферное давление 100,1 кПа  
*перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений*

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.


Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/438812322>

Поверитель

М. И. Иванушкин

*фамилия и инициалы*

Знак поверки



Начальник отдела

*должность руководителя или другого уполномоченного лица*

Н. В. Куликова

*фамилия и инициалы*

Дата поверки

9 июня 2025 г.