

7 Свидетельство о приемке

ВКТ-7	04	0	0	1
Модель	01	0	нет	
	02	1	Доп. Батарея	
	03	2	Блок питания	
	04			
	04P			
	0	0	RS-232	
	1	1	RS-485	
	2	2	Ethernet	
	0	нет		Интерфейс
	1	есть		Доп. дискретные выходы

Зав. № **312416**

Доп. батарея/Блок питания

Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 версия «ПВ§ 2.7» соответствует техническим условиям ТУ 26.51.52-036-28692086-2018 и признан годным для эксплуатации.



Начальник ОПВК **Сорокин С.А.** (ФИО) **04.08.2025** (число, месяц, год)

8 Сведения о поверке

Сведения о первичной поверке при выпуске из производства

Дата поверки	Результат поверки	Дата очередной поверки	ФИО и подпись поверителя (клеим)
05.08.2025	ГОДЕН	04.08.2029	<i>Васильева И.И.</i>

Сведения о поверке в процессе эксплуатации

Дата текущей поверки	Результат поверки	Дата очередной поверки	ФИО и подпись поверителя (клеимо)

Межповерочный интервал - 4 года.

9 Свидетельство об упаковывании

Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 упакован на предприятии ООО «ИВТТрейд» согласно требованиям конструкторской документации. **Упаковщик**

Упаковщик _____ (ФИО) **05.08.2025** (число, месяц, год)

Кублановская Ю.А.

ОКПД2 26.51.52



ВКТ-7

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ
ПАСПОРТ ТНРВ.400880.036 ПС

1 Основные сведения об изделии

Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 предназначен для измерений выходных сигналов измерительных преобразователей параметров теплоносителя и вычислений по результатам измерений количества теплоты (тепловой энергии).

Наименование и почтовый адрес изготовителя: ООО «ИВТТрейд»

Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ.

Вычислитель ВКТ-7 зарегистрирован в Государственном реестр СИ: РФ № 77851-20,

РК № КЗ.02.03.00732-202177851-20, РУ № 02-2.0105-2022

Технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации ТНРВ.400880.036 РЭ.

2 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

Средний срок службы не менее 12 лет.

Средняя наработка на отказ не менее 80000 ч.

Срок хранения в упаковке изготовителя не более 4 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 6 лет.

Гарантийный ремонт продукции выполняется подразделениями ООО «ИВТТрейд» (terloscom-sale.ru) при наличии паспорта и сведений о рекламации.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований, изложенных в руководстве по эксплуатации ТНРВ.400880.036 РЭ.

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- наличия механических повреждений и дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- нарушения целостности пломб изготовителя и поверительного клейма;
- самостоятельного ремонта;

3 Комплектность

Обозначение	Наименование документа	Кол-во	Примечания
ВКТ-7	Вычислитель количества теплоты	1	
ТНРВ.400880.036 ПС	Паспорт	1	
ТНРВ.400880.036 РЭ	Руководство по эксплуатации (Методика поверки – раздел 8)	-	terloscom-sale.ru
	Акт рекламации	-	

4 Заметки по эксплуатации

В процессе эксплуатации вычислитель должен подвергаться периодической поверке по методике раздела 8 руководства по эксплуатации ТНРВ.400880.036 РЭ.

5 Сведения об утилизации

Вычислитель не обладает факторами, опасными для человека или окружающей среды. Утилизация осуществляется в порядке, установленном пользователем.

6 Свидетельство об упаковке

Вычислитель упакован на предприятии ООО «ИВТТрейд» согласно требованиям конструкторской документации.

Упаковщик

ФИО (оттиск печати)

дата упаковки (число, месяц, год)